

検査品目：水産物**放射性物質検査**

※検査方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

2021年6月23日更新

| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果 (Bq/Kg) | | | | | | 備考 |
|------------|-------|-----------|------|--------------|-------|---------|-------|--------|-------|----|
| | | | | セシウム134 | | セシウム137 | | ヨウ素131 | | |
| | | | | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |
| 2021/06/16 | めひかり | 福島県 沼の内漁港 | 福島県沖 | 検出せず | 5.0 | 検出せず | 5.0 | 検出せず | 5.0 | |
| 2021/06/16 | むしがれい | 福島県 沼の内漁港 | 福島県沖 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 5.0 | |
| 2021/06/16 | ほっき貝 | 福島県 沼の内漁港 | 福島県沖 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 6.1 | |
| 2021/06/16 | ゆめかさご | 福島県 沼の内漁港 | 福島県沖 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 5.8 | |
| 2021/06/16 | ほうぼう | 福島県 沼の内漁港 | 福島県沖 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 5.3 | 検出せず | 5.0 | |