

検査品目：水産物

放射性物質検査

※検査方法：液体シンチレーションカウンタによる組織自由水型トリチウム分析 迅速前処理法（マイクロ波加熱法）

2023年8月31日更新

検査結果確認日	検体名	水揚港	水域	検査結果 (Bq/L)		備考
				トリチウム		
				検査結果	検出限界値	
2023/08/31	ひらめ	福島県 沼ノ内漁港	福島県沖	検出せず	90	
2023/08/31	すずき	福島県 沼ノ内漁港	福島県沖	検出せず	90	